

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-493	REFERENCIA PS/PF/86187
PRODUCTO Alinity m System, referencia: 08N53-002 y UDI: 00884999048034	
FINALIDAD PREVISTA Analizador de diagnóstico molecular por PCR.	
FABRICANTE Abbott Molecular, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Abbott Diagnostic European distribution, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Alemania.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el software del Sistema Alinity m debido a posibles problemas de funcionamiento que podrían dar lugar a resultados incorrectos, a un retraso en su obtención o a la exposición a materiales infecciosos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

