MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-500	PS/AVG/86505

PRODUCTO
Electrodos para resección de alta frecuencia PlasmaLoop, PlasmaBand y PlasmaButton.
Referencias: WA22602S, WA22603S, WA22621S, WA22657S.

FINALIDAD PREVISTA
Forman parte de un sistema de resectoscopio para diagnóstico endoscópico y tratamiento en aplicaciones urológicas.

Nº LOTE
1000090824, 1000092201, 1000080316, 1000092202.

FABRICANTE
Olympus Winter & Ibe GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U. Pl. Europa, 29-31, 08907 L'Hospitalet de Llobregat , Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados electrodos para resección de alta frecuencia PlasmaLoop, PlasmaBand y PlasmaButton, debido a la posibilidad de que el envase contenga un cable de alta frecuencia incompatible con el generador electroquirúrgico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L 9 N 7 P R 5 F A F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89