

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-497	REFERENCIA PS/PL/86572
PRODUCTO Llaves de paso BD Connecta™ con alargadera Ver referencias afectadas en Nota de aviso de la empresa	
FINALIDAD PREVISTA Administración de medicación, fluidos y/o hemoderivados por IV sin necesidad de interrumpir procesos.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Suecia	
DISTRIBUIDORES <ul style="list-style-type: none">• Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 – San Agustín de Guadalix (Madrid)• Marcial Fernandez Betancort, S.L. Urbanizaciozn Ind. E, 35008 Las Palmas De Gran Canaria• Garric Medica, SL, Fundiciones, S/N, 28052 Madrid	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas l llaves de paso BD Connecta™, debido a una posible pérdida de esterilidad del envase.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

