

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-495	REFERENCIA PS/PF/86531
PRODUCTO Kit Freelite® lambda libre humano para uso en BN ProSpec® de Siemens (LK018.P). Referencia: GLB149962/AE061 y UDI: 05051700006453.	
FINALIDAD PREVISTA Cuantificación de cadenas ligeras libres lambda en suero y orina en el analizador BN ProSpec.	
Nº LOTE 467939	
FABRICANTE The Binding Site Group Limited, UK.	
DISTRIBUIDOR The Binding Site Spain (Specialist Protein Company) S.L., Paseo de la Zona Franca, 111-11-C, 0803 Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 467939 del kit Freelite® lambda libre humano para uso en el analizador BN ProSpec® debido a la posibilidad de que no se pueda generar una curva de calibración completa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

