MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-499	PS/PRV/80043

PRODUCTOS

Camas eléctricas:

- Hill-Rom 900, modelo LI900B2
- Ampera, modelo LI901A0
- Centuris Pro, modelo LI900B1

FINALIDAD PREVISTA

Camas de altura variable destinadas a la atención médica en los centros de asistencia hospitalaria y residencias de ancianos.

Nº SERIE

Ver apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

HillRom, EEUU

DISTRIBUIDOR

HillRom Iberia S.L., Torre Inibsa, Plaza Europa 9-11, planta 17, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO

Ampliación de las advertencias de seguridad relacionadas con determinadas camas eléctricas Hillrom 900, Ampera y Centuris Pro, debido a la posibilidad de que la barandilla lateral se desenganche.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En junio de 2022 la empresa remitió una nota de aviso informando sobre advertencias de seguridad de determinadas camas eléctricas Hillrom 900, Ampera y Centuris Pro, debido a la posibilidad de que la barandilla lateral se desenganchase dejando desprotegido al paciente. La AEMPS transmitió esta información el 1 de junio de 2022, alerta 2022-279

El fabricante ha remitido una nueva nota de aviso en la que incluye nuevos números de serie afectados por el mismo problema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para centros anteriores
- Nota de aviso empresa para centros nuevos

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S L 9 J K Y V C 1 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89