

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-502	REFERENCIA PS/NA/86607
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none">BIOCHEMISTRY CALIBRATOR, código 18011. UDI-DI: 8435287180114.BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN, código 18044. UDI-DI: 8435287180442.	
FINALIDAD PREVISTA Calibración de los métodos de medida BioSystems especificados en las hojas de valores.	
Nº LOTE <ul style="list-style-type: none">74 y 75 - BIOCHEMISTRY CALIBRATOR, código 18011.125, 126, 127 y 128 - BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN, código 18044.	
FABRICANTE Biosystems S.A., C/ Costa Brava 30, 08060 Barcelona.	
DISTRIBUIDOR Biosystems S.A., C/ Costa Brava 30, 08060 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los calibradores Biochemistry y Biochemistry human, códigos 18011 y 18044 respectivamente, debido a la posibilidad de obtener resultados falsamente elevados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

