MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-507	PS/MAM/86533

PRODUCTO
Dräger Polaris Multimedia: sistema de montaje de pantalla única, cojinete de techo D60 MO. Números de pieza G28994 y G92759.

FINALIDAD PREVISTA
Lámparas de quirófano con soporte para pantalla de vídeo.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Dräger Medical Hispania, SAU. Calle Xaudaró, 5. 28034, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el sistema de montaje de pantalla única Dräger Polaris Multimedia debido a la posibilidad de que el brazo giratorio de la pantalla se desprenda del tubo de techo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q K K T T T 6 1 6 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89