MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-509	PS/MJF/86917

PRODUCTO
FORMALINE 10% QPATH® 5ML IN 20CC POT.
Referencia VWRQFOR0020AF59001.

FINALIDAD PREVISTA
Fijador tisular que permite el transporte y la conservación de las muestras.

Nº LOTE
220707C003

FABRICANTE
VWR International SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
VWR International Eurolab S.L.U, C/ De la Tecnología, 5-17, A-7 Llinars Park. 08450 Llinars del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 220707C003 del producto FORMALINE 10% QPATH® 5ML IN 20CC POT, debido a que contiene una baja concentración de formalina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W Z R X R T S 6 0 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89