ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-510	PS/AVG/87004

PRODUCTO

Extensiones de catéteres angiográficos.
Códigos de catálogo: 502-100D, 502-101D, 502-102D.

FINALIDAD PREVISTA

Transportar fluidos desde el inyector eléctrico hasta el catéter para su inyección en el paciente.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Cordis Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR

- Cordis Medical Spain S.L, Avenida De Europa 14, 1º 28108 Alcobendas, Madrid.
- Ángel Conde S.L, Avenida de Canarias, 20, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas extensiones de catéteres angiográficos fabricados por Cordis, debido a que el conector macho podría separarse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.