MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-508	PS/CMAG/86840

PRODUCTO

Sistemas de anestesia Flow:

- Flow-c, referencia: 68 87 700
- Flow-e, referencia: 68 87 900
- Flow-i C20, referencia: 68 88 520
- Flow-i C30, referencia: 68 88 530
- Flow-i C40, referencia: 68 88 540

FINALIDAD PREVISTA

Administración de anestesia al tiempo que se controla la ventilación completa de pacientes sin capacidad de respirar, así como en el apoyo de pacientes con capacidad de respirar limitada.

Nº SERIE

Ver la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain S.L. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521 Rivas Vaciamadrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Flow-c, Flow-e y Flow-i, debido a que, bajo determinadas condiciones, la batería de seguridad podría impedir el funcionamiento correcto del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T P D Y G R 7 6 0 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89