MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-513	PS/NA/86905
PRODUCTO 3M Ranger, referencia 24355, suministrados después del 22 de marzo de 2022.	
FINALIDAD PREVISTA Set de alto flujo para calentamiento de sangre y fluidos.	
Nº LOTE Ver n^{os} de lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE 3M Company, EEUU.	
DISTRIBUIDOR 3M Iberia, C/Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados sets de alto flujo para calentamiento de sangre y fluidos 3M Ranger, debido a que podría producirse una fuga de sangre o líquido durante el cebado y/o la administración de fluidos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F P V T 9 J Z A 6 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89