MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-514 | PS/MAM/86647 |
| **PRODUCTO**<br>Monitor/Desfibrilador MEDUCORE Standard$^2$.<br>Número de modelo WM 45300. | |
| **Nº SERIE**<br>Hasta el SN 2404 incluido. | |
| **FABRICANTE**<br>WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG. Alemania. | |
| **DISTRIBUIDOR**<br>HOSPITAL HISPANIA, S.L. Avda. Camino de lo Cortao 6. Centro Empresarial DELTA - Nave 3. 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid. | |
| **ASUNTO**<br>Advertencias de seguridad relacionadas con el monitor/desfibrilador MEDUCORE Standard$^2$ debido a que un cable electrónico podría dañarse por vibraciones permanentes al final de su vida útil. | |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:**<br>• Nota de aviso empresa | |

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 23/11/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: N B V W B 6 T 3 4 6**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89