DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-521	PS/CMAG/87175

PRODUCTO

- Centricity Universal Viewer con PACS-IW foundation, versión de software 6.0 a 6.0 SP7.1
- Centricity PACS-IW con Universal Viewer, versión de software 5.0.x con PACS-IW foundation

FINALIDAD PREVISTA

Software para visualización e interpretación de imágenes médicas basado en Internet que forma parte de un sistema de archivo y comunicación de imágenes para ayudar a radiólogos y cardiólogos en sus diagnósticos.

FABRICANTE

GE Healthcare, EE.UU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España. S.A.U. C/ Gobelas 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Centricity, debido a que la herramienta de adquisición y sincronización de imágenes UV-IW (IAS) podría funcionar de forma incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K W X Y J E 4 5 9 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89