MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-518	PS/CH/86506

PRODUCTO

- Getinge ED-FLOW AER
- Getinge E ED-FLOW SD AER

FINALIDAD PREVISTA

Reprocesador automatizado de endoscopios

Nº SERIE

Todos los fabricados desde principios de 2010 hasta 2022-08-24.

FABRICANTE

Getinge Disinfection AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados reprocesadores automatizados de endoscopios Getinge ED-FLOW y GETINGE ED-FLOW SD, debido a que la dosificación del desinfectante podría ser incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E 9 Z Z P 6 D A 1 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89