MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-525	PS/PL/86906

PRODUCTO
Sondas ureterales
Ver productos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Para drenar uréter, pruebas de orina, combatir pequeñas estenosis y para el acceso a la pelvis renal, así como para otras medidas diagnósticas y/o terapéuticas habituales en la urología

Nº LOTE
Ver listado anexo en la nota de aviso de la empresa

Nº SERIE
Ver listado anexo 2 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Teleflex Medical Europe, Irlanda.

DISTRIBUIDORES

- Teleflex Medical, C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind. Camporroso, 28806 Alcalá de Henares, Madrid
- G.S.A. Norte, S.A., Augusto Junquera, 23-25, 33012 Oviedo
- Fermon Indis, S.L., Av. De La Libertad, s/n, 38108 La Laguna, Canarias
- G.S.A. Gallega, S.A., Av. Del Ejercito, 50, 15006 La Coruña

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas sondas ureterales, debido a que el estilete podría sobresalir de la punta de la sonda.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 3 N G L A T 0 5 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89