MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-527	PS/AVG/87483
PRODUCTO Kits de reparación de catéteres (distribuidos entre agosto de 2020 y noviembre de 2022). Ver códigos de producto en la Tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
Nº LOTE Ver n^{os} de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Bard Access Systems Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Beckton Dickinson S.A., C. Camino de Valdeoliva s/n, Pol. Ind. Norte, San Agustín del Guadalix, 28750 Madrid.	
ASUNTO Cese de la utilización de determinados kits de reparación de catéteres, debido a que existe la posibilidad de que el adhesivo se endurezca o coagule.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/11/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X Z D P Z B B D B E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89