MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-539	PS/RJC/87777

PRODUCTO
FUJIFILM DR-XD1000 (FDR Nano)

FINALIDAD PREVISTA
Equipo de radiografía que proporciona datos de imagen del cuerpo humano para el diagnóstico mediante la utilización del efecto ionizante de los rayos X permeados a través del cuerpo humano.

Nº SERIE
Números de serie con las cuatro últimas cifras acabadas en 1993 o un número menor.

FABRICANTE
FUJIFILM Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Fujifilm Europe GmbH, C/ Aragón 180, 08011, Barcelona, España

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del equipo de radiografía DR-XD1000 debido a la posibilidad de fracturarse el brazo durante el desplazamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K 7 F L 3 3 9 A 2 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89