MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-543	PS/MAM/87176
PRODUCTO Cánulas a presión VivaPen Códigos de producto: 752382, 752383, 752384, 745762 y 745763.	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación de sistema adhesivo para restauraciones directas de composites y compómeros fotopolimerizables	
FABRICANTE Ivoclar Vivadent AG. Liechtenstein.	
DISTRIBUIDOR Ivoclar Vivadent S.L.U. Carretera de Fuencarral nº 24, Portal 1 - Planta Baja. 28108. Alcobendas. Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las cánulas a presión VivaPen debido a que podrían desprenderse durante el tratamiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E S R Q 4 Z W F F 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89