DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-547	PS/RJC/87481
PRODUCTO Cánula nasal neonatal con vástagos curvos y línea de oxígeno 2.1M, referencia 1164000	
FINALIDAD PREVISTA Administrar oxígeno a través de las fosas nasales del paciente.	
Nos DE LOTE Ver nos de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Intersurgical Ltd, Reino Unido	
DISTRIBUIDOR Intersurgical España S.L.U., C/Plasencia 39. Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de lote de la cánula nasal neonatal con vástagos curvos y línea de oxígeno 2.1M, debido a la posibilidad de desconexión de la línea de oxígeno de la zona de los vástagos nasales.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G G L P F R J 5 4 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89