MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-551	PS/AVG/87479
PRODUCTO Microscopios quirúrgicos M530 OHX, PROvido, Proveo 8.	
Nº SERIE La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los nº de serie afectados.	
FABRICANTE Leica Microsystems (Schweiz) AG, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Leica Microsistemas SLU, Plaza Europa, 41 - 43 P 4, L'Hospitalet de Llobregat, 08908, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados microscopios quirúrgicos M530 OHX, PROvido, Proveo 8 debido a que podrían apagarse de forma repentina durante su utilización por una deficiencia en la unidad de alimentación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D T D G Q E 7 7 2 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89