MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-556	PS/RJC/88016

PRODUCTO
Multicatch 2 (referencias 157.064 y 157.114)

FINALIDAD PREVISTA
Catéteres venosos centrales diseñados para terapias de duración corta.

Nº LOTE
- 220622GN (Referencia 157.064)
- 310522GO (Referencia 157.114)

FABRICANTE
VYGON GmbH & Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
VYGON SAU, C/ ciudad de Sevilla nº 34, 46988 Polígono Industrial Fuente del Jarro- Paterna. Valencia, España

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de lote de catéteres Multicatch 2, debido a que se han suministrado con una guía de diámetro externo demasiado grande que hace que sea imposible insertar el catéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 S 8 2 C K Q A 0 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89