MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-557	PS/PRV/87778

PRODUCTO
Cable de la bomba al controlador del sistema de asistencia ventricular HeartWare™ (HVAD™)

FINALIDAD PREVISTA
Cable que conecta la bomba del sistema de asistencia ventricular HVAD al controlador

FABRICANTE
HeartWare Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/ María de Portugal, 11. Madrid, 28050.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el cable de conexión de la bomba al controlador del sistema de asistencia ventricular HeartWare™, debido a un posible endurecimiento de la cubierta del cable de la bomba que dificulta o impide acceder al conector del cable de la bomba al controlador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z 3 R V V 9 D 1 F 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89