DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-558	PS/TS/87671
PRODUCTO BE POD Tornillo 45B canulado biselado D3 L38. Referencia 267826	
FINALIDAD PREVISTA Osteosíntesis en el foco de fractura	
Nos LOTE N01741 y N01168	
FABRICANTE FH Industrie, Francia	
DISTRIBUIDOR KOPRA MATERIAL QUIRÚRGICO SL, Calle Lope de Irigoyen 31 Bajo 20301 – Irún (País Vasco)	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes N01741 y N01168 del BE POD tornillo 45B canulado biselado D3 L38, debido a deformación del extremo del tornillo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G Q 8 9 4 F R D 8 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89