

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2022-563	PS/MAM/87858
PRODUCTO	
Suturas no absorbibles: <ul style="list-style-type: none"> • Sutura de nylon monofilar Dermalon™ • Sutura de nylon monofilar Monosof™ • Sutura de Polibutéster monofilar Novafil™ • Sutura de seda trenzada con revestimiento Sofsilik™ • Sutura de nylon trenzada Surgilon™ • Sutura de poliéster trenzada no revestida Surgidac™ • Sutura de polipropileno monofilar Surgipro™ • Sutura de polipropileno monofilar Surgipro™ II • Sutura de poliéster trenzado con revestimiento Ti-Cron™ Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
Nº LOTE	
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
Covidien llc. EEUU.	
DISTRIBUIDOR	
Medtronic Ibérica. Plaça de la Pau s/n Almeda Park, World Trade Center Edificio 7 3ª planta. 08940. Cornellà de Llobregat. Barcelona.	
ASUNTO	
Retirada del mercado de determinados lotes y modelos de suturas no absorbibles debido a que no se puede garantizar la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	

