DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-564	PS/RJC/87533

PRODUCTO
Electrodo fetal en espiral.
Nº de modelo: 989803137631; UDI-DI: 20884838007431

FINALIDAD PREVISTA
Está diseñado para pacientes a los que se debe monitorizar la frecuencia cardiaca fetal a través del cuero cabelludo durante el parto.

FABRICANTE
Philips Medical Systems, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y cese de la distribución del electrodo fetal en espiral, debido a una posible rotura de la punta en espiral del electrodo durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W P R F P Q 9 8 5 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89