MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-567	PS/PL/88115

PRODUCTO
Infinity® CentralStation

FINALIDAD PREVISTA
Muestra los signos hemodinámicos vitales junto con valores de monitores, respiradores y dispositivos de anestesia conectados. Se puede usar también como dispositivo de alarma remoto para dispositivos externos, como los ventiladores.

VERSION SOFTWARE
VG3.0

FABRICANTE
Draeger Medical Systems, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Dräger Hispania, SAU, C/Xaudaró, 5, 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Infinity® CentralStation, debido a la posibilidad de que el software no se inicie y el sistema quede bloqueado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E J 3 Y Y 3 G F 3 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89