MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-574	PS/PF/88169

PRODUCTO
Ensayo Tiroglobulina IMMULITE® 2000.
Número de material de referencia (SMN) 10381648. UDI 00630414962252.

Nºs DE LOTE
431, 432, 433, 434, 435 y 436

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, UK.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del ensayo Tiroglobulina IMMULITE® 2000 debido a que podría no cumplir las especificaciones de sensibilidad funcional cuando se utiliza en los sistemas Immulite® 2000 e Immulite® 2000 XPi.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L C B F 9 F Z 9 E F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89