MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-573	PS/MAM/88237

PRODUCTO

Sistemas de fluoroscopía y radiografía:

- Luminos Agile y Luminos Agile Max
- Luminos dRF y Luminos dRF Max
- Uroskop Omnia Max

VERSIÓN SOFTWARE

Ver versiones de software afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906. Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de fluoroscopia y radiografía Luminos y Uroskop Omnia Max, debido a la posibilidad de colisión con el techo o la pared al desplazarse el sistema durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 9 Z A X F B F B 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89