MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-575	PS/JMP/87967

PRODUCTO

- Accu-Chek Solo cannula assembly & pump holder 9 mm. Referencia: 07858833001
- Accu-Chek Solo cannula assembly & pump holder 6 mm. Referencia: 07858841001
- Accu-Chek Solo supply kit 9 mm. Referencia: 07858817001
- Accu-Chek Solo supply kit 6 mm. Referencia: 07858825001

FINALIDAD PREVISTA

Componentes del sistema para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek Solo

Nº LOTE

Lote de la cánula 847468303 o inferior

FABRICANTE

Roche Diabetes Care GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Roche Diabetes Care Spain. Avda. Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas cánulas para la bomba de insulina Accu-Chek Solo, debido a posibles fugas de insulina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para el profesional sanitario
- Nota de aviso empresa para el paciente
- Nota Informativa PS, 39/2022

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 X R 7 W 6 R 4 C C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89