MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-581	PS/MTM/88019

PRODUCTOS

Adaptadores de craneótomo para los sistemas eléctricos ANSPACH™ EMAX™ 2 Plus/EG1™:

Referencia	Descripción de la pieza	GTIN
CRANI-A	Adaptador de craneótomo para adultos, 6,5 cm	00845384001720
CRANI-A-01	Placa FT delgada de craneótomo para adultos, 6,5 cm	00845384001737
CRANI-A-G1	Craneótomo para adultos	00845384016410
CRANI-A-R	Craneótomo giratorio para adultos	00845384001744
CRANI-L	Adaptador de craneótomo grande, 7,5 cm	00845384001751
CRANI-L-G1	Craneótomo para adultos, grande	00845384016427
CRANI-L-R	Craneótomo grande giratorio	00845384001768
CRANI-P	Craneótomo pediátrico, 6,5 cm	00845384001775
CRANI-P-G1	Craneótomo pediátrico	00845384016403

FABRICANTE

The Anspach Effort, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Johnson & Johnson, SA. Pso. de las Doce Estrellas, 5-7, 28042 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados adaptadores de craneótomo para los sistemas eléctricos ANSPACH™ EMAX™ 2 Plus/EG1™, debido a la posibilidad de que se dañen los dispositivos si se utilizan más allá del intervalo de servicio recomendado sin haberse realizado la inspección por el fabricante.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T 5 Q Q 4 3 S 7 4 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89