MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-584	PS/CMAG/87670

PRODUCTO
Máquinas para caminar Trackmaster.
Ver modelos y UDI-DI en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivos para pruebas de esfuerzo

Nº SERIE
Productos fabricados entre el 27 de mayo de 2022 y el 22 de julio de 2022

FABRICANTE
Full Vision Inc, EE.UU.

DISTRIBUIDOR
TECNOMEDICA ANDALUZA, Calle Capileria 53. Polígono Juncaril 18210 Peligros, Granada

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas máquinas para caminar Trackmaster, debido a la posibilidad de que no se active el anclaje de seguridad magnético por un montaje de placa de circuito impreso defectuoso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 4 G K F 2 Z A F D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89