DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-588	PS/PL/88540

PRODUCTO
Sistema de mamografía Selenia Dimensions y 3-Dimensions.

FINALIDAD PREVISTA
Mamografo digital

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los modelos y números de serie afectados.

FABRICANTE
Hologic Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Hologic Inc, C/ Arequipa 1, 28043 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de mamografía Selenia Dimensions y 3-Dimensions, debido a la posibilidad de que el brazo C se mueva inesperadamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N K 9 3 8 F A C A 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89