MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-589	PS/PL/88097

PRODUCTO
Tubo endotraqueales
Ver productos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Para intubaciones de corto y largo plazo.

Nº LOTE
Ver en anexo 2 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Teleflex Malaysia Sdn Bdh, Malaysia.

DISTRIBUIDORES

- Teleflex Medical, C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind. Camporroso, 28806 Alcalá de Henares, Madrid
- Fermon Indis, S.L., Av. De La Libertad, s/n, 38108 La Laguna, Canarias
- G.S.A. Gallega, S.A., Av. Del Ejercito, 50, 15006 La Coruña
- Ecofar productos S.L, Pol. La Granja C/ Belice, 2-4, 28806 Alcalá de Henares, Madrid
- Amebil, S.L., Azbarren, 3, 48970 Basauri, País Vasco

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados tubos traqueales y endotraqueales, debido a que el balón piloto no se infla y/o el neumo no se desinfla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X 5 5 J 4 B C 3 B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89