DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-585	PS/CMAG/88173

PRODUCTO

- Pinzas de Biopsia Un solo Uso
- Pinzas de Biopsia CALIENTES Un solo Uso

Ver referencias en la nota de aviso de la empresa

Nº LOTE

Ver en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

ENDO-FLEX GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Creo Medical S.L., Pol. Ind. Cordovilla , Calle D Nº 1, 31191 Galar, Navarra.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes de pinzas de biopsia de un solo uso y pinzas de biopsia calientes de un solo uso, debido a que contienen una versión desactualizada de las instrucciones de uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de uso GA-0181, versión 7.0
- Instrucciones de uso GA-0339, versión 8.0

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D A 8 S 6 8 P 0 4 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89