MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-002	PS/MJF/88580

PRODUCTO

Sistemas de anestesia Flow:

- Flow-i. Número de artículo: 6677200, 6677300, 6677400, 6888520, 6888530 y 6888540
- Flow-c. Número de artículo: 6887700
- Flow-e. Número de artículo: 6887900

VERSION SOFTWARE

04.08.00, 04.08.01, 04.08.02 o 04.08.03

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain S.L. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Flow-i, Flow-c y Flow-e, debido a que, en determinadas circunstancias, las válvulas de seguridad podrían permanecer abiertas e interrumpirse el flujo gas en el circuito del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V 8 X C C 7 R 7 D 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89