MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-593	PS/CH/88292

PRODUCTO
Lazo de captura Expro Elite
Códigos de producto: 6600-010; 6600-015; 6600-025; 6600-035

FINALIDAD PREVISTA
Para utilizarse en el sistema cardiovascular y vísceras huecas para recuperar y/o manipular objetos utilizando procedimiento quirúrgicos mínimamente invasivos.

Nº LOTE
Ver números de serie de productos en nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Vascular Solutions, LLC, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical SL. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol. Ind. Camporroso, 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lazos de captura Expro Elite debido a que la bobina interna podría tener corrosión, y liberar partículas durante su utilización

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/12/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 8 T A 4 A 4 F D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89