MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-004	PS/CH/88477

PRODUCTO
Sistemas de medicina nuclear de las series 600/800.
Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
GE Medical Systems Israel Ltd, Israel

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. c/Gobelas, 35-37, CP 28023, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización y advertencias de seguridad de determinados sistemas de medicina nuclear serie 600/800 debido a la posibilidad de rotura de un tornillo de bolas del detector.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L V 9 W D W 7 8 E 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89