MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-010	PS/NA/88094

PRODUCTO
Sistemas de infusión y casetes CADD para uso con bombas de infusión CADD y CADD-Legacy.
(Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa).

FABRICANTE
Smiths Medical, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España S.R.L., Avda. Diagonal 635, 08028 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes y referencias de casetes y sistemas de infusión CADD para las bombas de infusión CADD y CADD-Legacy, debido a una posible oclusión del tubo que podría no ser detectada por la bomba, o que para algunos casetes de medicación CADD con "Flow Stop", las bombas CADD-Legacy no detecten los casetes aunque éstos estén correctamente insertados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S W L T 6 Q A 9 7 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89