DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-007	PS/CH/88730

PRODUCTO
myNeedle Guide (en sistemas Somatom X.cite, X.ceed, go.Up, go.Open Pro, go.All, go.TOP, go.Sim, go.Now o NAEOTOM Alpha).

FINALIDAD PREVISTA
Aplicación de intervención de Tomografía Computarizada (TC)

VERSION SOFTWARE
syngo.CT VA40 y syngo.CT VA50

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U; Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la aplicación de intervención de TC myNeedle Guide, debido a que, en determinadas circunstancias, el orden de las etiquetas de orientación "cabeza", "centro" y "pies" podría intercambiarse erróneamente en los segmentos de corte grueso axial

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F B 4 6 6 Z D 1 6 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89