

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-013	REFERENCIA PS/PL/88476
PRODUCTOS Sistema Airo TruCT (Referencia: MobiCT®-32) UDI-DI: 00869346000200	
FINALIDAD PREVISTA Escáner móvil de tomografía computarizada.	
FABRICANTE Stryker -Mobius Imaging, LLC, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">• Stryker Iberia SL. C/Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid• Brainlab Sales GmbH, Múnich, Alemania	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el Sistema Airo TruCT, debido a posibles lesiones de usuarios sin formación al desplazar el escáner marcha atrás.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

