MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-011	PS/AVG/88727
PRODUCTO Medio de biopsia de 10 ml. Referencia 10620010 A.	
FINALIDAD PREVISTA Biopsia de blastómeros de embriones en fase de división para el diagnóstico genético previo a la implantación.	
Nº LOTE 220506-006557.	
FABRICANTE CooperSurgical, EEUU.	
DISTRIBUIDOR CooperSurgical Distribution B.V., Celsiusweg 35, 5928 PR Venlo, Holanda.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado del lote 220506-006557 del medio de biopsia de 10 mL de CooperSurgical, debido a que podría contener un medio que no es el medio de biopsia.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 J 3 8 K R Z A 2 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89