MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-545-corregida	PS/CH/87118

PRODUCTO

- Bomba de contrapulsación intraaórtica AutoCAT®2
- Bomba de contrapulsación intraaórtica AC3 Optimus®

Ver modelos y códigos de productos en nota de aviso de la empresa

Nº SERIE

Fabricados entre 28 Mar 2003 y 23 Sep 2022

FABRICANTE

Arrow International LLC , EE UU.

DISTRIBUIDOR

Teleflex Medical SL. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol. Ind. Camporroso, 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de contrapulsación intraaórtica AutoCAT®2 y AC3 Optimus®, debido a problemas con los tiempos de funcionamiento de la batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 C 2 5 9 A 8 8 2 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89