MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-015	PS/MJF/88974

PRODUCTO

Sistemas de ultrasonidos Vivid con baterías:

- Vivid S5, Vivid S5 N, Vivid S6, Vivid S6 N, Vivid i, Vivid i N, Vivid q y Vivid q N.

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de imágenes de ultrasonido de alto rendimiento que están diseñados para la ecocardiografía, con capacidad adicional en imágenes vasculares y generales.

FABRICANTE

- GE Medical Systems Israel Ltd., Israel.
- GE Vingmed Ultrasound AS, Noruega.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de ultrasonidos Vivid antiguos, debido a la posibilidad de que las baterías fallen si no se sustituyen a los 2 años.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J F T 4 P G T C D E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89