

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-021	REFERENCIA PS/PF/88250
PRODUCTO Kit de SARS-CoV-2 IgG (sCOVG). Número de material de Siemens (SMN) 11207376. UDI (01)00630414608662(10)19529015(17)20230221.	
FINALIDAD PREVISTA Detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos IgG, incluidos los anticuerpos neutralizantes, contra el SARS-CoV-2 en suero y plasma (heparina de litio) humanos obtenidos mediante venopunción o punción capilar utilizando los sistemas ADVIA Centaur® XP y ADVIA Centaur® XPT.	
Nº LOTE 19529015	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 19529015 del Kit de SARS-CoV-2 IgG (sCOVG) debido a la posibilidad de fallos en la calibración.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

