MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-023	PS/PRV/89074

PRODUCTO
Máscaras oronasales NovaStar TS y NovaStar plus.
Ver referencias afectadas en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Prevista para la aplicación en pacientes adultos (>30 kg/66 lb) que sean candidatos adecuados para recibir ventilación no invasiva en hospitales.

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Dräger Medical Hispania. C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas máscaras oronasales NovaStar TS y NovaStar plus, debido a que contienen imanes que pueden afectar al funcionamiento de determinados dispositivos médicos e implantes metálicos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 Q 8 F Y N K 0 A C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89