MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-022	PS/RJC/88729

PRODUCTO

- NE'X Glue adhesivo quirúrgico 2 ml, referencia 0206-NX2
- NE'X Glue adhesivo quirúrgico 5 ml, referencia 0206-NX5
- NE'X Glue adhesivo quirúrgico 10 ml, referencia 0206-NX10

FINALIDAD PREVISTA

Adhesivo quirúrgico para unir, sellar y/o reforzar tejidos blandos.

Nº LOTE

Z/220701

FABRICANTE

Grena Biomed Limited, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

DGM Vascular, Ru Tablada 6 bajo izq, 36001 Pontevedra, España.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado del lote Z/220701 de los adhesivos quirúrgicos NE'X Glue de 2 ml, 5ml y 10 ml, debido a un posible error de empaquetamiento de la jeringa y el émbolo durante el proceso de fabricación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S 6 L W N 8 A 0 F 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89