MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-024	PS/RJC/88853

PRODUCTO
Bisturí MVR/hoja Beaver® EdgeAhead® con ángulo de puerto recto de 90 mm (20 G).
Referencia: 376630.

FINALIDAD PREVISTA
Realizar incisiones en el tejido ocular durante un procedimiento quirúrgico de oftalmología.

Nº LOTE
3391035

FABRICANTE
Beaver Visitec International LTD., Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Medical Mix S.L.U. Carrer Amposta, 20, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España.

ASUNTO
Retirada del mercado del mercado del lote 3391035 del bisturí MVR/hoja Beaver® EdgeAhead® con ángulo de puerto recto de 90 mm (20 G), debido a que podría estar comprometida la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 G C C D B B F 1 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89