MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-027	PS/MJF/89261

PRODUCTO

Componente femoral de cajón abierto con estabilización posterior (PS) del sistema de rodilla Vanguard®:

- Componente femoral, derecho; 60mm. Nº de artículo 183104.
- Componente femoral, izquierdo; 57,5mm. Nº de artículo 183122.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de prótesis de articulación de rodilla para aplicaciones cementadas sobre hueso en artroplastias totales de rodilla.

Nº LOTE

J7209534 y J7186089.

FABRICANTE

Biomet Orthopedics LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U; C/ Metalurgia 32, 1ª planta. 08038, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de los lotes J7209534 y J7186089 de determinados componentes femorales de cajón abierto con estabilización posterior del sistema de rodilla Vanguard, debido a que pueden estar incorrectamente etiquetados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E Q S W A 7 K 3 5 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89