MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-029	PS/NA/89018
PRODUCTO Stent vascular recubierto Covera y Covera Plus. Ver referencias y nºs de lote en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG, Alemania (filial de Becton Dickinson and Company).	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson S.A. Camino de Valdeoliva s/n, San Agustín del Guadalix, 28750 Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados stents vasculares recubiertos Covera y Covera Plus, debido a un posible fallo en el despliegue del stent.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T 6 C V Z E 7 E 5 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89