MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-031	PS/NA/88816
PRODUCTO Tornillo de cicatrización plano, Ø 5 mm, L3 mm, nº modelo DVCICI5H3.	
FINALIDAD PREVISTA Preparación de la cuna protésica permitiendo que se inserte el componente de uso definitivo sin ejercer tensión sobre la mucosa.	
Nº LOTE I22102509.	
FABRICANTE GLOBAL D, Francia.	
DISTRIBUIDOR Global D. Ronda maiols 1 - local 112, Sant Quirze del Vallés, 08192 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el lote I22102509 del tornillo de cicatrización plano, Ø 5 mm, L3 mm, debido a un error en la simbología del etiquetado que permite identificar el producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 Y 9 5 W 9 C 1 7 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89